

# 仕 様 書

- 1 件名 教育・研究棟研究室の実験台等備品一式の購入
- 2 数量及び規格等 別紙1「物品明細書」に掲げたもの一式
- 3 納入期限 令和8年5月29日
- 4 納入場所 名古屋市千種区若水一丁目2番23号  
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター  
教育・研究棟4階 研究室
- 5 納入条件
  - (1) 調達物品の納入に当たり、物品の搬入、据え付け等に関しては、名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（以下「病院」という。）担当者の指示に従うとともに、必要に応じて協議し、十分調整を行った上で実施すること。また、教育・研究棟医局等改修工事及び設備機器更新工事中に納入を行うものであるため、工事業者及び工事監理業者ともスケジュール、工程、搬入経路及び設置場所等調整したうえで納入にあたること。
  - (2) 物品の搬送、納入、配管の接続等に要する費用は売渡人の負担とする。なお、物品の納入時期及び搬入等の一連の作業スケジュールを病院担当者と協議し決定すること。
  - (3) 物品の搬入及び据え付け等は、納入期限までに終えること。
  - (4) 搬入の際には売渡人の立会いのもと、搬入経路に養生等を施すなど病院の施設に損傷を与えないよう十分注意を払い実施すること。また、万一、病院の建物及び設備等に損傷を与えた場合は、売渡人の責任において原状に復すること。
  - (5) 搬入物品は、病院担当者が指定する位置に設置すること。別紙2「研究室レイアウト図」を参照する。設置場所は、別紙3「教育・研究棟4階予定配置図」を参照すること。
  - (6) 設置にあたり、組立、固定など作業は売渡人が実施することとし、これにかかる金具等についても売渡人にて用意すること。なお、組立や固定の方法については、病院担当者と協議のうえ決定すること。
- 6 検査
  - (1) 物品の納入・設置を完了した後、病院が指定する検査員（以下「検査員」という。）に報告し、検査員の指定する日に完了検査を受けること。検査の際には設定等について説明できる者が立ち会うこと。
  - (2) 検査において合格と認められないときは、売渡人は検査員の指定する期日までに調達物品の取り替え、補正を行い、再度検査を受けること。
  - (3) 売渡人は検査員の検査に係る指示に従うものとし、検査員から購入物品についての説明及び資料提出を求められた場合は、速やかに応じること。前2号の検査以外にも、履行の確保等のため検査員が必要と判断した場合は、中間検査を実施することがある。
  - (4) 完了検査を受けた後、速やかに納品書を検査員に提出すること。
  - (5) 上記の手続きは、売渡人の負担により行うものとし、検査のために変形、変質、消耗又はき損した物品の損失に係る費用は、すべて売渡人の負担とする。

## 7 保証及びリコール対応

調達物品の引き渡し後、1年間を無償保証期間とし、メーカー保証期間中の故障等については売渡人が主体的に対応し、故障の状況に応じて速やかに部品の交換や代替物品との取り替え等の対応を図ること。

また、物品の構成等に重大な瑕疵が発見され、リコール及びそれに準ずる状況になった場合には、現に障害が発生しているか否かにかかわらず、必要に応じて部品の交換や代替物品との取り替え等を無償で行うこと。

## 8 妨害又は不当要求に対する届出義務

(1) 売渡人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、本学へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。

(2) 売渡人が前号に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前号の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。

## 9 その他

(1) 契約締結後、特段の事情により物品の仕様等を変更する必要がある場合は、病院担当者と協議すること。

(3) 納入物品の梱包材等で不要となったものについては、売渡人が引き取ること。

(4) 別添「グリーン配送に関する特記仕様書」、「情報取扱注意項目」を遵守すること。

(5) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項等については、病院担当者と協議し決定すること。

## グリーン配送に関する特記仕様書

### (基本事項)

第1 この契約の相手方(以下「契約業者」という。)は、本契約にかかる公立大学法人名古屋市立大学(以下「本学」という。)への物品の納入に、自動車(二輪自動車を除く。)を使用する場合、グリーン配送を実施するよう努めなければならない。なお、物品の納入業務を他人に委託する場合は、契約業者から委託を受けて物品の納入を行う事業者(以下「納入業者」という。)に、グリーン配送を実施させるよう努めなければならない。

注 「グリーン配送」とは、本学が締結する物品の買入れ契約(印刷の発注を含む。)及び物品の借入れ契約において、自動車(二輪自動車を除く。)を使用して物品の納入を行おうとする事業者(契約の相手方(以下「契約業者」という。))で自ら物品の納入を行う者又は契約業者から委託を受けて物品の納入を行う者(以下「納入業者」という。))が、物品の納入先(愛知県内に所在する市の機関に限る。)へ適合車両を使用し、かつエコドライブ(環境に配慮した自動車の運転のことをいう)を実施して物品の納入を行うことをいう。

### (グリーン配送に使用する車両)

第2 グリーン配送に使用する車両は、車種規制非適合車を除く次の自動車とする。

- |   |                     |
|---|---------------------|
| (1) 電気自動車                                   | (2) 天然ガス自動車         |
| (3) メタノール自動車                                | (4) ハイブリッド自動車       |
| (5) 低排出ガス車かつ低燃費車                            | (6) 燃料電池自動車         |
| (7) 車両総重量 3.5t超のガソリン車・LPガス車・新長期規制適合以降ディーゼル車 |                     |
| (8) クリーンディーゼル自動車                            | (9) プラグイン・ハイブリッド自動車 |
| (10) 低排出ガス車                                 | (11) 低燃費車           |
| (12) 超低PM排出ディーゼル車                           | (13) LPガス貨物自動車      |
| (14) 車両総重量 3.5t超の新短期規制適合ディーゼル車              |                     |
| (15) その他、環境局長が認めるもの                         |                     |

注 「車種規制非適合車」とは「自動車 NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

(別紙1) 物品明細書

東部医療センター 教育・研究棟4階研究室 実験什器類リスト

	機器等名称 (一般名)	メーカー名	商品名	型式	数量	W (幅)	D (奥行)	H (高さ)
1	試薬棚付き中央実験台	オリエンタル技研工業	VALUE QUEST試薬棚付き中央実験台 W2400xD1500 木目調 電源ケーブル用配線ダクト付属	VQCB-B II W-2400KS	4	2400	1500	850
2	流し台	オリエンタル技研工業	流し台 W1500xD600 木目調	VQAK-QAK-S-W-1500	1	1500	600	850
3	サイド実験台	オリエンタル技研工業	VALUE QUESTサイド実験台 W1200xD750 木目調	VQSBW-1200	1	1200	750	850
4	サイド実験台	オリエンタル技研工業	VALUE QUESTサイド実験台 W1800xD750 木目調	VQSBW-1800	5	1800	750	850
5	実験流し	オリエンタル技研工業	実験流し W1800xD750 木目調	LVFE-W-1800S	1	1500	750	850
6	ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業	NOCE 酸対応標準型 W1200xD830xH2200	NCG-ST-1200E	1	1200	830	2200
7	湿式スクラバー	オリエンタル技研工業	横置型湿式スクラバー 処理風量14m3/min	NRCR-14WN	1	800	830	2200
8	Milli-Q製造装置	メルク	超純水・純水製造装置 機器分析 スタンダード	Milli-Q IQ7003	1	315	380	498
9	Milli-Q製造装置 架台	メルク	4Kリークレス架台	ZRJKSTDK4	1	860	560	1006
10	製氷機	ホシザキ	フレークアイスメーカー	FM-120K	1	600	600	800



# 別紙3 「教育・研究棟4階予定配置図」

