

仕 様 書

- | | | | |
|---|-----------|---|-------|
| 1 | 件名 | 手術内視鏡システム | 一式の購入 |
| 2 | 品名及び数量 | 別紙1「機器構成明細書」のとおり | |
| 3 | 納入期限 | 令和8年3月31日 | |
| 4 | 納入場所 | 名古屋市千種区若水一丁目2番23号
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
救急・外来棟3階 中央手術室 | |
| 5 | 納入条件 | <p>(1) 納入に当たり、調達物品等の搬入、撤去、結線、設定及び調整等に関しては、名古屋市立大学医学部附属東部医療センター（以下「病院」という。）担当者の指示に従うとともに、必要に応じて協議し、十分調整を行った上で実施すること。</p> <p>(2) 機器の設置に伴う設置費（装置の搬入、据え付け、配線、調整、これらに係るすべての付帯工事費用）、配送費を本体価格に含むこと。また、付帯設備の変更が必要な場合は、事前承認をとること。なお、給電・給水・照明等設備の変更が必要な場合は、承認後着工するものとし、設置工事・内装工事及び設備の変更（契約電力の変更は除く）に係る費用はこの契約の相手方（以下契約業者という。）の負担とする。</p> <p>(3) 病院において稼働している病院情報システム等との接続費用（病院情報システム側の接続・改修費用も含む）が発生する場合、その接続に伴う費用一切を本体価格に含むこと。</p> <p>(4) 納品までの間に、同一の製造業者により上位互換の機種が開発され、選定機種と同等以上の性能を有し、設置条件等に変更が生じない場合、速やかにその情報を病院へ提供し、最新の仕様で設置すること。</p> <p>(5) 入札機器のうち医療器具に関しては、入札時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められている製造の承認を得ている物品であること。</p> <p>(6) 入札機器は入札時点で製品化されていること。</p> | |
| 6 | 指定場所への納入等 | 装置の搬入、据付け及び動作確認は、納期までに終えること。また、据付け、搬送及び納入等に要する費用並びに電話回線に係る費用（稼働後の回線利用料を含む）は、売渡人の負担とする。 | |
| 7 | 動作確認 | 設置された装置は、使用できる状態に調整して引き渡すこと。動作確認に要する費用は、売渡人の負担とする。 | |
| 8 | 検査 | <p>(1) 設置完了後、納入検査を行う。</p> <p>(2) 納入検査において合格と認められないときは、売渡人は病院担当者の指定する期日までに装置等の取換え又は補正を行うこと。</p> | |

9 既設装置撤去及び処分

- (1) 既設装置本体及び付帯装置等の撤去、搬出及び処分については、病院の診療業務に支障をきたさないよう病院担当者の指示によること。
- (2) 機器の撤去、搬出及び処分については、売渡人において行うこと。
- (3) その他、別紙2「検査指示書」による。

10 妨害又は不当要求に対する届出義務

- (1) 売渡人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。）を受けた場合は、病院へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
- (2) 売渡人が前項に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。

11 その他

- (1) 詳細については、病院担当者の指示に従うこと。
- (2) 別紙3の「グリーン配送に関する特記仕様書」、別紙4「情報取扱注意項目」について留意すること。

下記本体価格には、装置の搬入、据え付け、配線、調整、既存関連装置への接続費用等のすべての付帯工事費用及び配送費を含むこと。

手術内視鏡システム

事項	型番号等	製品名	数量
関節鏡		アースレックスジャパン 関節鏡	1
	AR-3240-5040	ライトケーブル 5mm x 4m	2
	AR-3200-1040	シナジースystem インテグレーションケーブルキット	1
	AR-3250-3212	Synergy Vision, 32" LED Surgical Monitor	1
	703459-15	モニターカバー 32インチ用 黒	1
	AR-3260-0001	ビデオカート3 (タブレット用アーム付)	1
	AR-3260-1023	灌流液バッグハンガー (AR-3260-0001用)	1
	AR-3200-1090	Synergy Vision プレミアムライセンス	1
	AR-3355-4050	4K Cマウント Panoスコープ 45° 4.2mm x161mm	2
	AR-3372-4202	Panoスコープ用 ダブルコックハイフローシース FEN用	2
	AR-3375-4212	トロカールPanoハイフローシースFEN用	2
	AR-3375-4211	コニカルオブチュレーター Panoハイフローシース FEN用	2
	AR-3200-0026	SynergyVision コンソール	1
	AR-3210-0012	Cマウント光学カプラー	1
	AR-3210-0034	SynergyVisionary 4K カメラヘッド HDR	2
	AR-3200-1016	SynergyVision タブレット	1
	UP-DR80MD	Sony デジタルプリンター	1
	UPC-R80MD	Sony ラミネートカラープリントパック	1
	AR-3102C	Synergyスコープシステム 滅菌ケース	4
	AR-3106C	Synergyカメラヘッド 滅菌ケース	2
	AR-3372-2702	2.7mmアースロスコープ用 ダブルコックシース	1
	AR-3375-2701	コニカルオブチュレーター, 2.7mmシース用	1
	AR-3355-1930	Cマウント アースロスコープ 1.9mm 30° x 58mm	1
	AR-3372-1902	1.9mmアースロスコープ用 ダブルコックシース	1
	AR-3375-1901	コニカルオブチュレーター, 1.9mmシース用	1
	AR-3355-2730	Cマウント アースロスコープ 2.7mm 30° x 72mm	1
	AR-6485	Synergy コンティニアスウェーブ 4 関節鏡ポンプ	1
	AR-9800	Synergy RF コンソール	1
	AR-9800-F	フットスイッチ Synergy RF用	1
	AR-8305	Synergy Resection シェーバーコンソール	1
	AR-8315W	ワイヤレスフットスイッチ	1
	AR-8332H	シェーバーハンドピース ハンドコントロール	1
	AR-8330SJ	シェーバーハンドピース スモールジョイント	1
	AR-41026	パンチ メガB 上曲チップ 直シャフト 4.2mm	1
	AR-41006L	パンチ メガB 左チップ 直シャフト 4.2mm	1

事項	型番号等	製品名	数量
	AR-41006R	パンチ メガB 右チップ 直シャフト 4.2mm	1
	AR-12950	パンチ R O 90° 左 スクープ 直 3.4mm	1
	AR-12940	パンチ R O 90° 右 スクープ 直 3.4mm	1
	AR-12800	パンチ M E D 45° 右 直 3.4mm	1
	AR-12810	パンチ M E D 45° 左 直 3.4mm	1
	AR-12240	パンチ W B 15° 上 直 3.4mm	1
	AR-11041XL	パンチ W B XL 直チップ 15° 上曲シャフト 2.75mm	1
	AR-12530	パンチ M E D リバース 直 3.4mm	1
	AR-12150	シザース 右曲 3.4mm	1
	AR-12160	シザース 左曲 3.4mm	1
	AR-12540	スーチャーレトリバー 3.4mm	1
	AR-30000	プローブフックスモールジョイント用	1
	AR-30010	パンチ S T D 直 S J 2.75mm	1
	AR-30020SR	グラスパー P O 直 S J S R 2.75mm	1
	AR-30040	パンチ S T D 15° 上 直 S J 2.75mm	1
	AR-30050	パンチ L R G 15° 上 直 S J 2.75mm	1
	AR-30060	パンチ R O 90° 右 直 S J 2.75mm	1
	AR-30070	パンチ R O 90° 左 直 S J 2.75mm	1
	AR-30100	パンチ S T D 45° 右 直 S J 2.75mm	1
	AR-30110	パンチ S T D 45° 左 直 S J 2.75mm	1
	AR-2200C	シリーズ I カンシ用滅菌ケース(20本収納)	1
	JMX0400-08	オートクランプ	2
	JMX0400-09	ガイドピンスリーブ 1.2mmシングル	2
	JMX0400-10	ガイドピンスリーブ 1.6mmシングル	2
	JMX0400-11	ガイドピンスリーブ 2.0mmシングル	2
	JMX0400-12	ガイドピンスリーブ 2.4mmシングル	2
	JMX0400-20	オートクランプ	2
	JMX0400-21	オートクランプ	4
	JFX0400-06	CHIROBLOC S	2
	JFX0400-07	CHIROBLOC L	2
	JFX0400-08	CHIROBLOC フォゲットミーノット10個入	2
	SJMX-010023	Nanoスロットシース 4.5	2
	SJMX-010024	Nanoオブチュレーター 4.5	2
	SJMX-010025	Nanoフックブレード	3
	SJMX-010026	Nanoプッシュブレード	3
	SJMX-010027	Nanoピナクルブレード	3
	SJMX-010032	Nanoフックブレード スコピックハンドル	3

検査指示書

1 工程表の提出等

契約締結後、速やかに本件契約物品の納入日程等について、名古屋市立大学医学部附属東部医療センター経営課（以下「経営課」という。）の指示を受けること。

工程表を2部作成して経営課に提出すること。

2 据付け途中の写真撮影等

据付け後、外部から確認できない機器等については途中で写真撮影等を行い、経営課に提出すること。契約締結後、病院が指定する検査員（以下「検査員」という。）の指示を受けること。

3 完了検査

機器の据付けを完了したときは、検査員に報告し、検査員の指定する日に完了検査を受けること。完了検査の際は、作動させて機能の確認を行うことがある。機器構成、銘柄型番の表示、性能機能等について説明できる者が立ち会うこと。

4 納品書の提出

完了検査を受けた後、直ちに納品書を経営課に提出すること。

5 検査員の指示に従う義務

売渡人は、検査員の検査に係る指示に従うものとし、検査員から納入物品についての説明、資料提出等を求められた場合は、速やかに応じるものとする。上記の検査以外にも、履行の確保等のため検査員が必要と判断した場合は、中間検査を実施することがある。

6 検査費用の契約者の負担義務

上記の手続は、いずれも売渡人がその負担により行うこととし、据付け途中の写真撮影、納品書の提出等検査に直接要する費用と検査のため変形、変質、消耗又はき損した物品の損失はすべて売渡人の負担とする。

グリーン配送に関する特記仕様書

(基本事項)

第1 この契約の相手方（以下「契約業者」という。）は、本契約にかかる公立大学法人名古屋市立大学（以下「本学」という。）への物品の納入に、自動車（二輪自動車を除く。）を使用する場合、グリーン配送を実施するよう努めなければならない。なお、物品の納入業務を他人に委託する場合は、契約業者から委託を受けて物品の納入を行う事業者（以下「納入業者」という。）に、グリーン配送を実施させるよう努めなければならない。

注 「グリーン配送」とは、本学が締結する物品の買入れ契約（印刷の発注を含む。）及び物品の借入れ契約において、自動車（二輪自動車を除く。）を使用して物品の納入を行おうとする事業者（契約の相手方（以下「契約業者」という。）で自ら物品の納入を行う者又は契約業者から委託を受けて物品の納入を行う者（以下「納入業者」という。）が、物品の納入先（愛知県内に所在する市の機関に限る。）へ適合車両を使用し、かつエコドライブ（環境に配慮した自動車の運転のことをいう）を実施して物品の納入を行うことをいう。

(グリーン配送に使用する車両)

第2 グリーン配送に使用する車両は、車種規制非適合車を除く次の自動車とする。

- | | |
|---|---------------------|
| (1) 電気自動車 | (2) 天然ガス自動車 |
| (3) メタノール自動車 | (4) ハイブリッド自動車 |
| (5) 低排出ガス車かつ低燃費車 | (6) 燃料電池自動車 |
| (7) 車両総重量 3.5 t 超のガソリン車・L P ガス車・新長期規制適合以降ディーゼル車 | |
| (8) クリーンディーゼル自動車 | (9) プラグイン・ハイブリッド自動車 |
| (10) 低排出ガス車 | (11) 低燃費車 |
| (12) 超低PM排出ディーゼル車 | (13) L P ガス貨物自動車 |
| (14) 車両総重量 3.5 t 超の新短期規制適合ディーゼル車 | |
| (15) その他、理事長が認めるもの | |

注 「車種規制非適合車」とは「自動車 NOx・PM 法」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

情報取扱注意項目

(基本事項)

第1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（以下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じるとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(関係法令等の遵守)

第2 乙は、本件業務を履行するに当たり、当該業務に係る関係法令のほか、名古屋市情報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。以下「あんしん条例」という。）、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「保護法」という。）、名古屋市個人情報保護条例（令和4年名古屋市条例第56号。以下「保護条例」という。）その他情報保護に係る関係法令も遵守しなければならない。

(適正管理)

第3 乙は、本件業務に関して知り得た本学の保有する情報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）が、利用、提供、廃棄等について決定する権限を有し、事実上当該情報を管理しているといえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の本学の保有する情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の適正取得)

第4 乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

(第三者への提供及び目的外使用の禁止)

第5 乙及び本件業務に従事している者又は従事していた者は、本学の保有する情報を正当な理由なく第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用してはならない。

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場合を含む。以下同じ。）後においても同様とする。

(再委託の禁止又は制限等)

第6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三者に委託してはならない。

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本学の保有する情報の取扱いに関し、この契約において乙が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。

3 乙は、機密情報（名古屋市情報あんしん条例施行細則（平成16年名古屋市規則第50号）第28条第1項第1号に規定する機密情報をいう。以下同じ。）の取扱いを伴う本件業務を委託した第三者からさらにほかの第三者に委託（以下「再々委託」という。）させてはならない。ただし、再々委託することにやむを得ない理由がある場合であって、甲が認めたときはこの限りでない。

(複写及び複製の禁止)

第7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本学の保有する情報が記録された資料及び成果物（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。

(情報の返却及び処分)

第8 乙は、本学の保有する情報が記録された資料のうち甲から取得したものを取り扱う必要がなくなったときは、その都度速やかに甲に返却しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。

2 乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有する情報を取り扱う必要がなくなったときは、その都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他の復元不可能な方法によって処分しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。

(情報の授受及び搬送)

第9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報が記録された資料及び成果物の授受は、全て甲の指名する職員と乙の指名する者との間において行うものとする。

2 乙は、本学の保有する情報を搬送する際には、漏えい、滅失又は毀損が起こらないようにしなければならない。

(報告等)

第10 乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために実地調査をする必要があると認めたときは、これを拒んではならない。また、甲が本学の保有する情報の保護について報告を求めたときは、これに応じなければならない。

2 乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

(従事者の教育)

第11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例、保護法、保護条例その他情報保護に係る関係法令を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。

2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務である場合、当該業務に従事している者に対し、保護法に規定された罰則の内容を周知しなければならない。

3 乙は、本件業務に従事している者に対し、あんしん条例に規定された罰則の内容を周知しなければならない。

4 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、本件業務に従事している者に対し、その内容並びに守秘義務に関する事項及び本学の保有する情報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を周知しなければならない。

(契約解除及び損害賠償等)

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると認めるときは、次の各号に掲げる措置を講じることができる。

- (1) 契約を解除すること。
- (2) 損害賠償を請求すること。
- (3) 本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利が害されるおそれがあると認めるときは、あんしん条例第 34 条第 1 項の規定に基づき勧告し、その勧告に従わなかったときは、同条第 2 項の規定に基づきその旨を公表すること。

2 前項第 2 号及び第 3 号の規定は、契約の終了後においても適用するものとする。

(特定個人情報に関する特則)

第 13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。）第 2 条第 8 項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う事務である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を持ち出してはならない。

2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者を明確にしなければならない。なお、甲から求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者について速やかに報告しなければならない。

3 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱う者に対し、番号利用法その他特定個人情報の保護に係る関係法令を周知するなど特定個人情報の保護に関し十分な教育を行うとともに、特定個人情報の取扱いについて監督しなければならない。

4 乙は、前 3 項に規定する事項のほか、番号利用法第 2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者としての義務を果たすこと。ただし、当該業務が個人番号関係事務の場合は、「第 2 条第 12 項に規定する個人番号利用事務実施者」を「第 2 条第 13 項に規定する個人番号関係事務実施者」と読み替えるものとする。

(電子情報の消去に関する特則)

第 14 乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又はリース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体を返却するに当たり、本件業務により当該機器の記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にしなければならない。

2 乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を復元不可能な方法によって消去したことを証する写真その他の証拠を添えた証明書等を提出して、甲の確認を受けなければならない。